

Spécialistes DUODOPA

Votre contact :

Mme Brigitte CLAESENS

0475/21 16 26

La permanence DUODOPA :

010/84 64 80

Contact au CHU Tivoli

Pr Sophie DETHY

064/27 74 28

Dr Marta LAMARTINE

064/27 76 98

Consultation neurologie :

Mme Dorothée BOSSART

Infirmière référente

064/27 49 85

Secrétariat :

064/27 64 16

Service de Neurologie - hospitalisation :

Mme Ildéa Naizy

Infirmière cheffe de service

064/27 75 23

064/27 65 90

Suivez l'actualité du CHU Tivoli sur nos réseaux sociaux :



Référence : COMNEURO003

Rédacteur : Dorothée BOSSART

Conception graphique : Service communication

Crédits photos : Unsplash

E.R.: CHU Tivoli



Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli

Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

Tél.: 064/27 61 11 • Fax: 064/27 66 99

www.chu-tivoli.be



Service de Neurologie

Information aux patients porteurs d'une pompe Duodopa



EN CAS D'HOSPITALISATION, VEILLEZ À :

- › prendre des cassettes Duodopa (à transporter dans un sac réfrigérer)
- › prendre des adaptateurs (bleus) pour le rinçage
- › prendre des seringues
- › prendre des piles de réserves
- › avertir votre contact spécialiste Duodopa

Contactez une personne de référence :

- › en cas de douleurs au niveau de l'estomac
- › si une induration apparaît au pourtour de la stomie
- › en cas de nausées ou de vomissements
- › si vous présentez des difficultés à manipuler la pompe
- › si vos symptômes parkinsoniens s'aggravent
- › si vous constatez un écoulement important au niveau de la stomie

Soin de stomie : dès le 15ème jour du placement de la sonde (plaie cicatrisée)

- › min 1x par jour
- › ouvrir le clamp de la plaque de rétention et ôter la sonde
- › pousser la sonde PEG de 2-3 cm vers l'estomac puis la retirer prudemment.
- › ne JAMAIS tourner la sonde.

- › nettoyer la plaie et le dispositif à l'eau et au savon, bien rincer et surtout, bien sécher (l'utilisation du sèche cheveux est autorisée)
- › le pansement n'est plus nécessaire
- › en cas de suintement, appliquer une compresse sous la fixation externe et laisser tomber la sonde sur le ventre (fixer au besoin)
- › fixer la sonde dans la plaque de rétention en respectant un espace de 5-10 mm entre la peau et la plaque
- › ne JAMAIS laisser la compresse humide sur la plaie
- › en cas de besoin, contacter le spécialiste

ATTENTION

- › ouverture des clamps pour l'administration du traitement et tubulure non coudée
- › conserver les cassettes au réfrigérateur (entre 2 et 8°)
- › ne pas dépasser la date de péremption
- › usage unique : max 16h
- › ne jamais utiliser une cassette déjà ouverte
- › éviter tout contact de liquide avec les piles, l'écran et la pompe
- › une consommation excessive de protéines (viande, poisson, produits laitiers) peut diminuer l'effet du Duodopa
- › en cas d'intervention chirurgicale, prévenir le chirurgien de l'utilisation du Duodopa
- › ne pas utiliser la pompe au-dessus de 40°C

